



Curitiba, 25 de junho de 2024

Processo nº 11/2024

Pregão Eletrônico nº 004/2024

Ao pregoeiro e equipe de apoio

A Prefeitura Municipal de Bom Jesus - SC

A empresa **GRUPO FUNDAMENTAL SAÚDE**, CNPJ nº 32.617.070/0001-80, com sede na Rua Carlos de Laet, 4181 - Boqueirão, Cidade Curitiba/PR, através de sua representante legal infra-assinado, apresenta:

CONTRARRAZÕES

contra SC MEDICAL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA, registrado sob o CNPJ nº 12.246.862/0001-88, em razão da acertada decisão da Ilma. Pregoeira e comissão em declarar a empresa GRUPO FUNDAMENTAL como vencedora do Pregão Eletrônico nº 004/2024, conforme fatos e fundamentos a seguir expostos:

I. DA TEMPESTIVIDADE

Conforme item 19 do edital do Pregão Eletrônico, a presente contrarrazão apresenta-se completamente tempestiva, dentro do prazo dos três dias úteis contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição dos recursos.

II. DOS FATOS

No dia 17 de junho de 2024 ocorreu no portal do BLL Compras a disputa de lances referente ao Pregão Eletrônico Nº 004/2024, Processo Administrativo Nº 11/2024 do município de Bom Jesus/SC, que teve como objeto a *“Registro De Preço Para Futura E Eventual Aquisição De Equipamentos E Material Permanente Para Unidade Básica De Saúde(...)*”.



Houve a declaração de vencedor do certame a empresa GRUPO FUNDAMENTAL SAÚDE, ora contrarrazoante, que entregou todos os documentos habilitatórios conforme o requisitado pelo edital, tal como, incluiu em sua proposta um Ultrassom da melhor qualidade atualmente no mercado, que supre perfeitamente as necessidades solicitadas e exigidas em edital, conforme será demonstrado.

III. DO DIREITO

III.I - DO OBJETO OFERTADO

O Objeto ofertado é um Ultrassom modelo VIV 20, da marca Fundamental Saúde, com características: Modo B, M, B/M, 2B/4B, PW, CFM, DPDI; Dual live, Auto PW com cálculo automático; B-Steer, EFOV, HRflow, Função de biópsia; Redução de ruído (SRI); Imagem específica do tecido (TSI); Imagem harmônica tecidual (THI); Imagem de pulso harmônico inverso (PIHI); Imagem composta espacial (SCI); Imagem composta de frequência (FCI); Imagem em tela cheia (FSI), Zoom panorâmico; Salvamento de parâmetros e redefinição automática com apenas um clique (QSave); Monitor de alta resolução de 21,5" com ajuste de ângulo da tela; Touch screen de 13,3" sensível ao toque com ajuste de ângulo; Teclado embutido; Painel retroiluminado; 4 portas de sondas ativas; 4 portas USB, 1 porta HDMI, 1 porta LAN, DVD; Armazenamento de 500GB; Dicom, Auto IMT, Elastografia, Imagem Panorâmica; Transdutor Convexo com faixa de frequência de 1 a 7 MHz; Transdutor Transvaginal com faixa de frequência de 3 a 13 Mhz; Transdutor Linear com faixa de frequência de 4,2 a 15 MHz; Transdutor Setorial com faixa de frequência de 1 0 a 6,5Mhz; Impressora colorida incluso; Nobreak compatível incluso.

Quanto às alegações sobre o nosso produto ofertado, demonstraremos que ele contempla o requisitado pelo Município de Bom Jesus/SC.

Demonstra-se um claro intuito protelatório do recorrente, visto que esta ao informar a intenção de recurso informou que abordaria sobre um assunto e ao apresentar o recurso dissertou sobre assunto diverso ao apresentado em sua intenção.



Ainda, o recurso apresentado, trouxe diversos pontos para confundir o pregoeiro e sua comissão, visto que o produto apresentado em nossa proposta evidentemente contempla os requisitos descritos no edital, conforme demonstraremos a seguir.

III.II - DO MONITOR LCD OU LED COM NO MÍNIMO 21 POLEGADAS COM AJUSTE DE ALTURA, ÂNGULO E GIRO

O edital solicita: “Monitor LCD ou LED com no mínimo 21 polegadas com ajuste de altura, ângulo e giro”.

O aparelho VIV 20 da Marca Fundamental Saúde possui Monitor de alta resolução de 21,5" com ajuste de ângulo da tela, conforme proposta e plenamente de acordo com o solicitado em edital.

O Recorrente alega que o produto ofertado pela empresa arrematante do certame não possui ajuste de GIRO e ALTURA, ou seja, alega que só há o ajuste de ângulo no monitor, O QUE NÃO PROCEDE.

O edital exige monitor LCD ou LED com no mínimo 21 polegadas com ajuste de altura, ângulo e giro. O equipamento apresentado pela empresa GRUPO FUNDAMENTAL SAÚDE, Modelo VIV 20, possui tanto no manual como na proposta a informação “Monitor de alta resolução de 21,5" com ajuste de ângulo da tela”. EM MOMENTO ALGUM INFORMA NÃO POSSUI TAL ITEM OU INFORMA INFORMAÇÃO QUE CONTRADIZ. Ao contrário do alegado, **o equipamento possui ajuste de ângulo de 90°, ajuste de giro 75° e ajuste de altura.**

Nem adentraremos ao mérito que quando se foi exigido ajuste de ângulo e giro, tais itens podem ser tanto na vertical quanto na horizontal, visto que não houve tal especificação em edital. Logo, a falácia do recorrente de alegar que nosso aparelho não detinha as especificações técnicas, mesmo contendo em nosso manual, o desenho com a angulação e giro, demonstra uma ausência de conhecimento técnico pelo recorrente, ou intuito protelatório.

NÃO CONDIZ COM A REALIDADE A INFORMAÇÃO DE QUE APENAS EQUIPAMENTOS COM BRAÇO ARTICULÁVEL, CONSEGUEM ATENDER O AJUSTE DE GIRO E ALTURA NOS MONITORES. FALÁCIA, COM O INTUITO DE CONFUNDIR O PREGOEIRO E A COMISSÃO DE LICITAÇÃO.



Fundamental Group
MED | VET

Apresentaremos a seguir, o Modelo VIV 20 do GRUPO FUNDAMENTAL SAÚDE:

Nosso modelo VIV 20 **possui ajuste de altura** eletrônico do painel, conforme imagens que seguem, onde se vê de modo claro e evidente os botões, que fazem tal ajuste. NÃO É NECESSÁRIO BRAÇO ARTICULADO visto que o ajuste de altura do aparelho substitui esta função, sendo inclusive, AINDA MELHOR PARA O MÉDICO USUÁRIO, que possuirá toda a tranquilidade e conforto nos atendimentos, visto que forçará o seu braço, com movimentos repetitivos para cima e para baixo, evitando a utilizando de ajuste manual.

GRUPO FUNDAMENTAL SAÚDE LTDA

Rua: Carlos de Laet, 4181 – Curitiba/ PR CEP: 81.650-040 Fone: (41) 4141-0016

CNPJ: 32.617.070/0001-80

contato@grupofundamental.com.br

www.grupofundamental.com.br



Fundamental Group
MED | VET



GRUPO FUNDAMENTAL SAÚDE LTDA

Rua: Carlos de Laet, 4181 – Curitiba/ PR CEP: 81.650-040 Fone: (41) 4141-0016

CNPJ: 32.617.070/0001-80

contato@grupofundamental.com.br

www.grupofundamental.com.br



Fundamental Group
MED | VET



GRUPO FUNDAMENTAL SAÚDE LTDA

Rua: Carlos de Laet, 4181 – Curitiba/ PR CEP: 81.650-040 Fone: (41) 4141-0016

CNPJ: 32.617.070/0001-80

contato@grupofundamental.com.br

www.grupofundamental.com.br



Fundamental Group
MED | VET



GRUPO FUNDAMENTAL SAÚDE LTDA

Rua: Carlos de Laet, 4181 – Curitiba/ PR CEP: 81.650-040 Fone: (41) 4141-0016

CNPJ: 32.617.070/0001-80

contato@grupofundamental.com.br

www.grupofundamental.com.br



Fundamental Group
MED | VET



GRUPO FUNDAMENTAL SAÚDE LTDA

Rua: Carlos de Laet, 4181 – Curitiba/ PR CEP: 81.650-040 Fone: (41) 4141-0016

CNPJ: 32.617.070/0001-80

contato@grupofundamental.com.br

www.grupofundamental.com.br



Fundamental Group
MED | VET

COMO É POSSÍVEL DE SER VERIFICADO NAS FOTOS ABAIXO, o aparelho de modo evidente possui ajuste de GIRO E ÂNGULO, conforme solicitado:



Fundamental Group
MED | VET



GRUPO FUNDAMENTAL SAÚDE LTDA

Rua: Carlos de Laet, 4181 – Curitiba/ PR CEP: 81.650-040 Fone: (41) 4141-0016

CNPJ: 32.617.070/0001-80

contato@grupofundamental.com.br

www.grupofundamental.com.br



Fundamental Group
MED | VET



GRUPO FUNDAMENTAL SAÚDE LTDA

Rua: Carlos de Laet, 4181 – Curitiba/ PR CEP: 81.650-040 Fone: (41) 4141-0016

CNPJ: 32.617.070/0001-80

contato@grupofundamental.com.br

www.grupofundamental.com.br



Fundamental Group
MED | VET



GRUPO FUNDAMENTAL SAÚDE LTDA

Rua: Carlos de Laet, 4181 – Curitiba/ PR CEP: 81.650-040 Fone: (41) 4141-0016

CNPJ: 32.617.070/0001-80

contato@grupofundamental.com.br

www.grupofundamental.com.br



Fundamental Group
MED | VET



Nosso modelo VIV 20, ainda, possui ajuste de giro de 75°, de modo perfeitamente condizente com o solicitado em edital. Vejamos que consta em nosso manual a imagem que demonstra o giro e sua devida angulação.



Fundamental Group
MED | VET



Demonstrado que, nosso produto contempla de modo mais do que satisfatório tais itens apontados pelo recorrente. O recorrente além de ter intuito meramente protelatório e de



confundir, ele deseja com que a prefeitura adquira um equipamento inferior ao apresentar em sua proposta um VINNO modelo X2 que possui um touch com 10 polegadas por exemplo, que não possui tecnologia avançada como o VIV 20 da FUNDAMENTAL SAÚDE, que além de tecnologia, detém de um touch com 13 polegadas.

Nosso equipamento contempla perfeitamente todos os requisitos exigidos em edital, e além dos itens solicitados, detém ainda de mais recursos e de tecnologias atualizadas a avançadas do mercado.

IV. CONCLUSÃO

Em síntese de todo o exposto acima, concluímos que os argumentos trazidos pela recorrente foram de modo a atrasar o andamento do certame e tentar influenciar na decisão acertada do Ilmo.

Destacamos que nosso produto possui os três itens atacados. Possui Monitor com ajuste de ângulo 90°, ajuste de giro 75° e ainda, ajuste de altura, não merecendo em nada prosperar tal recurso.

Pregoeiro e Comissão, visto que restou-se devidamente comprovado que o GRUPO FUNDAMENTAL SAÚDE seguiu todos os requisitos previstos em edital, sendo as alegações meramente falácias infundadas, sendo assim, a decisão não merece qualquer reforma.

V. PEDIDOS

Diante do exposto requer-se respeitosamente que seja negado o provimento dos recursos interpostos, mantendo-se a sábia decisão da Ilustre comissão e Pregoeiro, devendo ser adjudicado e homologado o objeto à esta empresa.

GRUPO FUNDAMENTAL SAÚDE LTDA



Fundamental Group
MED | VET

Giovanna Carolina Pierozan da Silva

Sócia-Administradora

CPF 122.707.819-61

GRUPO FUNDAMENTAL SAÚDE LTDA

Rua: Carlos de Laet, 4181 – Curitiba/ PR CEP: 81.650-040 Fone: (41) 4141-0016

CNPJ: 32.617.070/0001-80

contato@grupofundamental.com.br

www.grupofundamental.com.br

