

Curitiba, 20 de junho de 2024.

À

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS - SC**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS - SC**

**Ilmo. Pregoeiro (a): e sua equipe de apoio**

**Referente ao:**

**PREGÃO ELETRÔNICO N° 4/2024  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11/2024**

A SC MEDICAL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 12.246.862/0001-88, com sede na Rua Cleto da Silva, 130, bairro Boqueirão, Curitiba/PR, (41) 3332-6364, por seu representante legal infra-assinado, vem, com fulcro no § 2º, do art. 41, da Lei nº 8666/93, em tempo hábil, à presença de Vossa Excelência a fim de;

**Interpor recurso administrativo para o ITEM - 01 – Ultrassom, conforme segue:**

Requerendo a Desclassificação da empresa GRUPO FUNDAMENTAL SAUDE LTDA, CNPJ: 32.617.070/0001-80 que orçou em desacordo ao edital:

**Objeto: 2.1.** A presente licitação tem por objeto a formação de **REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CNES: 2410761 PROPOSTA 11391.4820001/24-005 MUNICÍPIO DE BOM JESUS, SC**, de acordo com a demanda.

**TERMO DE REFERENCIA SOLICITADO EM EDITAL:**

Ultrassom Diagnóstico sem Aplicação Transesofágica: Equipamento transportável sobre rodízios com no mínimo de 22000 canais digitais de processamento para oferecer qualidade de imagem em Modo 2D, Modo M, modo M Anatômico. Modo Power Doppler, Modo Color Doppler, Modo Doppler Espectral e Doppler Contínuo. Modo 2D. Console ergonômico com ajuste de altura e teclas programáveis. Tecnologia de feixes compostos e tecnologia de redução de ruído e artefatos, zoom Read/Write. Imagem Trapezoidal no Transdutor Linear. Imagem Harmônica: função com aplicação para todos os transdutores. Imagem Harmônica de Pulso Invertido. Modo M, Modo Power Doppler. Modo Color Doppler. Modo Dual Live: divisão de imagem em tela dupla de Modo B + Modo Color, ambos em tempo real. Power Doppler Direcional. Modo Doppler Espectral. Modo Doppler Contínuo. Tissue Doppler Imaging (TDI) colorido e espectral. Modo Triplex. Pacote de cálculos específicos. Pacote

de cálculos simples. Tecla que permite ajustes rápidos da imagem, otimizando automaticamente os parâmetros para imagens em Modo B e Modo Doppler. Divisão de tela em no mínimo 1,2 e 4 imagens para visualização e análise de imagens em Modo B, Modo M, Modo Power, Modo Color, Modo Espectral, Dual - Modo de divisão dupla de tela com combinações de Modos. Software de imagem panorâmica com capacidade de realizar medidas. Software de análise automática da curva Doppler. Permitir acesso às imagens salvas para pós-análise e processamento. Possibilitar armazenar as imagens em movimento. Cine loop e Cine Loop Save. Pós-processamento de medidas. Pós-processamento de imagens. Banco de palavras em Português. Monitor LCD ou LED com no mínimo 21 polegadas com ajuste de altura, ângulo e giro. Deve permitir arquivar/revisar imagens. Frame rate de pelo menos 1200 frames por segundo. Todos os transdutores multifrequenciais, banda larga. HD ou SSD interno de no mínimo 500 GB. Mínimo de 03 portas USB. Mínimo de 04 portas ativas para transdutores. Conectividade de rede DICOM. DICOM 3.0. Gravação disponível em CD/DVD-RW ou memória USB ou DICOM com visualizador DICOM de leitura automática. Gravação de imagens em pen drive. Impressão direta. Pelo menos 32 presets programáveis pelo usuário. Acompanhar os seguintes transdutores banda larga multifrequenciais: Transdutor Convexo que atenda as frequências de 2.0 a 5.0MHz; Transdutor Endocavitário que atenda as frequências de 5 a 9.0 MHz; Transdutor Linear que atenda as frequências de 4.0 a 14 MHz; Transdutor Setorial adulto que atenda as frequências de 2.0 a 4.0 MHz. Acessórios: Impressora colorida, no break compatível com o equipamento.

### **Dos fatos:**

Segue pontos abaixo solicitados em edital:

A) MONITOR LCD OU LED COM NO MÍNIMO 21 POLEGADAS COM AJUSTE DE ALTURA, ÂNGULO E GIRO

**Conforme Consulta Juntamente ao MANUAL do fabricante e conforme PROPOSTA ANEXADA pela Empresa GRUPO FUNDAMENTAL DE SAUDE LTDA, fica evidenciado que equipamento não ATENDE o referido edital, conforme apontaremos abaixo:**

*Edital menciona que o equipamento POSSUIR 03 Modos de AJUSTE no MONITOR: "ALTURA, ÂNGULO E GIRO. "*

Salvamento de parâmetros e redefinição automática com apenas um clique (QSave)

Monitor de alta resolução de 21,5" com ajuste de ângulo da tela

Touch screen de 13,3" sensível ao toque com

ajuste de ângulo

Teclado embutido

Painel retroiluminado

4 portas de sondas ativas

4 portas USB, 1 porta HDMI, 1 porta

LAN, DVD

Armazenamento de 500GB

Dicom, Auto IMT, Elastografia,

Imagem Panorâmica

Transdutor Convexo com faixa de frequência de 1 a 7 MHz;

Transdutor Transvaginal com faixa de frequência de 3 a 13 Mhz;

Transdutor Linear com faixa de frequência de 4,2 a 15 MHz;

Transdutor Setorial com faixa de frequência de 1 0 a 6,5Mhz.

***“Grifo escrita Proposta GRUPO FUNDAMENTAL”***



**“Grifo Manual do Fabricante pagina 131/247”**

Acima segue a imagem comprobatória que o equipamento possui apenas AJUSTE de **Angulo** no Monitor, como também em sua proposta a mesma declara possuir somente ajuste de **angulo**, não possuindo os outros como: giro e altura, informamos que somente equipamentos com Braço articulável, conseguem atender o solicitado, abaixo colocaremos imagens do EQUIPAMENTO MARCA VINNO/ MODELO X2, para a comitiva de licitação analisar E COMPRENDER os fatos acima apontados.





**“Grifo SC MEDICAL VINNO X2 – ALTURA GIRO E ANGULO”**

Do Pedido:

**Diante dos fatos e do direito supra apontados, solicitamos, respeitosamente, que seja desclassificada GRUPO FUNDAMENTAL SAUDE LTDA, CNPJ: 32.617.070/0001-80 que orçou em desacordo ao edital.**

---

SC MEDICAL INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.  
LORINIL ACOSTA  
RG: 4.346.939-8  
CPF: 644.596.759-00

「12.246.862/0001-88」  
SC MEDICAL INDÚSTRIA  
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA  
RUA: CLETO DA SILVA N° 130  
BOQUEIRÃO - CEP: 81.850-290  
CURITIBA - PR